

Werkskalibrierschein

Proprietary Calibration Certificate

Abriebprüfmaschine nach DIN 53516 / DIN ISO 4649
Abrasion tester acc. to DIN 53516 / DIN ISO 4649

Seriennummer / Serial number: AB6333

	Sollwert Set value	Istwert Actual value
Gewicht des Probenhalters Weight of specimen holder	10 N ± 0,2 N	9,99 N
Abriebweg Abrasion distance	40 m ± 0,2 m	39,90 m
Walzendrehzahl Rotation speed of drum	40 U/min ± 1 U/min	40,0 U/min
Zusatzgewicht 2,5 N Additional weight	2,50 N ± 0,04 N	2,50 N
Zusatzgewicht 5 N Additional weight	5 N ± 0,04 N	5,02 N

Hersteller des Gerätes:
 Manufacturer of the hardness tester:

BAREISS PRÜFGERÄTEBAU GMBH
 Breiteweg 1, D-89610 Oberdischingen

Alle verwendeten Bezugsnormale / Gebrauchsnormale werden regelmäßig amtlich überprüft.
 All meters applied for measurements will be officially calibrated in regular periods.

Die Istwerte liegen innerhalb der angegebenen zulässigen Abweichungen.
 The actual values are within the stated permissible deviations.

Für die Einhaltung einer angemessenen Rekalibrierfrist ist der Benutzer verantwortlich. Bei unsachgemäßer Benutzung oder Beschädigung des Prüfgegenstandes verliert dieses Zertifikat seine Gültigkeit.
 The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals. If there is an improper use or damage of the tested element this certificate will lose its validity.

Datum / Date: 12.12.2014

Prüfer / Tester: H.Böllinger

Der Werkskalibrierschein ist ohne Unterschrift gültig. The works calibration certificate is valid without signature.